



2008-09-17 Dnr 769-4791-08 Me

Angående rekommendation för ECO Physics kemiluminescensanalysator CLD 700 AL vid mätning av kväveoxider enligt NFS 2007:7

Med stöd av den bedömning som gjorts av Referenslaboratoriet för tätortsluft, Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms Universitet, rekommenderar Naturvårdsverket härmed metoden CLD 700 AL för mätning enligt referensmetoden SS-EN 14211:2005 för kväveoxider vid kontroll av miljökvalitetsnormer enligt NFS 2007:7. Rekommendationen gäller under de förutsättningar som anges i bilaga 1 till detta brev (Referenslaboratoriets bedömning angående certifiering av ECO Physics kemiluminescensanalysator CLD 700 AL enligt referensmetoden för kväveoxider (SS-EN 14211)).

Beslut om denna skrivelse har fattats av vikarierande direktören Anders Johnson.

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit vikarierande enhetschefen Ulla Bertills samt Anna Jonsson, den sistnämnda föredragande.

För Naturvårdsverket

Anders Johnson

Anna Jonsson

Bilaga I: Referenslaboratoriets bedömning angående certifiering av ECO Physics kemiluminescensanalysator CLD 700 AL enligt referensmetoden för kväveoxider (SS-EN 14211)