



SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Ross-Jones, Matthew
 Tel: 010-698 1301
 matthew.ross-jones@naturvardsverket.se

BESLUT
 2014-08-26 Ärendenr:
 NV-01610-13

Hugo Tillquist AB
 Mikael Ramström
 Box 1120
 164 22 Kista

Beslut om godkännande av mätinstrument för kontroll av miljökvalitetsnormer i utomhusluft

Beslut

Naturvårdsverket godkänner mätinstrument "TEOM 1405F" tillverkat av Thermo Scientific, USA för kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft enligt 19 - 20 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (nedan NFS 2013:11). Till grund för beslutet ligger den rekommendation som har gjorts av Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms Universitet.

Förutsättningar för beslutets giltighet

Detta beslut om godkännande gäller under de förutsättningar som anges i bilaga I, Referenslaboratoriets rekommendation angående godkännande av mätinstrumentet TEOM 1405F som likvärdigt med referensmetoden för mätning av PM_{2,5}.

De bedömningar som Referenslaboratoriet har gjort kan ändras, till exempel på grund av att certifikaten som bedömningarna baseras på dras in av den organisation som har utfärdat dem, eller på grund av nytt underlag som tillkommer till följd av löpande kontroller av instrumentets likvärdighet med referensmetoden. Detta beslut om godkännande kan då komma att återkallas av Naturvårdsverket.

Bakgrund

I Bilaga VI till Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa anges referensmetoder för mätning av de i direktivet ingående luftföroreningarna. Direktiven anger även att andra mätmetoder får användas om de kan visas ge likvärdiga resultat som referensmetoderna.

Reglerna i direktivets bilaga VI är genomförda i den svenska lagstiftningen genom 5 kap. 9 § miljöbalken (1998:808), 49 § luftkvalitetsförordningen (2010:477) samt 19 och 20 §§ och bilaga 2 till NFS 2013:11.

Enligt 5 kap. 9 § miljöbalken och 49 § 1 st. 1 p. luftkvalitetsförordningen får Naturvårdsverket meddela föreskrifter om att mätsystem som används för kontrollen av luftkvaliteten ska vara godkända av Naturvårdsverket. Enligt 19 § NFS 2013:11 ska mätinstrument som mäter enligt referensmetod eller metod som är likvärdig med referensmetod och som används vid kontinuerliga mätningar vara godkända av Naturvårdsverket. Ansökan om godkännande av mätinstrument prövas av Naturvårdsverket enligt 20 § NFS 2013:11. I samma bestämmelse återfinns krav på vad en sådan ansökan ska innehålla.


Skäl

Hugo Tillquist AB har, i enlighet med den numera upphävda 15 § NFS 2010:8 (motsvarande nu gällande 20 § NFS 2013:11) samt Naturvårdsverkets rutin för godkännande av mätinstrument, ansökt om godkännande av ovannämnda instrument som likvärdigt med referensmetoden för PM_{2,5}. Med ansökans medföljande dokumentation som underlag har instrumentet bedömts ge likvärdiga resultat som referensmetoden för PM_{2,5} som anges i bilaga 2 till NFS 2013:11. Instrumentet har även bedömts uppfylla kraven vad gäller mätosäkerhet som anges i bilaga 1 till NFS 2013:11. Det finns därför stöd för att godkänna instrumentet.


Detta beslut har fattats av avdelningschef Eva Thörnelöf

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit handläggare Matthew Ross-Jones, föredragande.

För Naturvårdsverket



Eva Thörnelöf



Matthew Ross-Jones

Upplysning om hur man överklagar, se bilaga II.

Kopia till:

Referenslaboratoriet för tätortsluft - mätningar vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms Universitet.

Bilaga I: Referenslaboratoriets rekommendation angående godkännande av mätinstrumentet ”TEOM 1405F” som likvärdigt med referensmetoden för mätning av PM_{2,5} (SS-EN 14907).

Var ska beslutet överklagas?

Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Miljödomstolen. **Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Naturvårdsverket.** Adressen framgår av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Naturvårdsverket överklagandet och handlingarna till Miljödomstolen.

När ska beslutet senast överklagas?

Överklagandet ska ha kommit in till Naturvårdsverket **inom tre veckor** från den dag Ni fick del av beslutet.

Vad ska överklagandet innehålla?

Överklagandet ska vara skriftligt och det ska vara undertecknat.

I skrivelsen ska Ni ange:

Ert namn, adress, personnummer/organisationsnummer och telefonnummer,

vilket beslut som Ni överklagar t.ex. genom att ange beslutsdatum och ärendenummer,

hur Ni anser att Naturvårdsverkets beslut ska ändras och varför det ska ändras samt

om det finns motparter i ärendet bör Ni ange deras namn, adress och telefonnummer.